



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA.

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 - (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

AREA dei DISPOSITIVI MEDICI

SEZIONE PRESIDI - Tel. 045/8121722 - 045/8127766 - Fax 045/8121736

Prot. n. **37182** CV/cv

Verona, **21/07/2024**

OGGETTO: GARA N. 379/2024/CV PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS N. 36/2023, PER LA FORNITURA BIENNALE DI KIT PER RADIOFREQUENZA PULSATA DEL GANGLIO SPINALE PER L'U.O.C. TERAPIA DEL DOLORE CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO GRATUITO. CUI F03901420236202300681. CIG B22439C147. RICHIESTA DI OFFERTA. ID SINTEL N.185384648.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO.

Tramite SINTEL e pubblicati sul sito aziendale all'indirizzo: www.aovr.veneto.it (Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara – Servizio Provveditorato).

QUESITO N. 1

“Si segnala che le caratteristiche richieste nel kit procedurale monouso, e nel dettaglio N° 1 Elettrocattetero monouso, per radiofrequenza pulsata monopolare o bipolare del ganglio spinale con 3 elettrodi attivi. Possibilità di variare l'ampiezza del campo elettrico, rappresentano esclusivamente il prodotto Pulstrode della ditta Biampere Research S.r.l. (Viale Venezia 4 - Conselve PD) e non ci sono altri prodotti simili nel mercato. Essendo il Pulstrode un prodotto brevettato, e dunque unico nel suo genere, non è possibile partecipare alla procedura adottando il principio di equivalenza.

Pertanto, si chiede di riformulare la descrizione del lotto, e di conseguenza i criteri di valutazione dello stesso, in modo tale da essere meno esclusivo per 1 sola ditta e dare la possibilità a tutti di poter partecipare ed offrire i propri sistemi altrettanto idonei per la finalità richiesta nell'oggetto della gara: KIT PER RADIOFREQUENZA PULSATA DEL GANGLIO SPINALE”.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Si conferma quanto richiesto nel Disciplinare di gara/CSA nota prot.n.34993 del 18/06/2024.

Nonostante la specifica indicazione fornita dalla Stazione Appaltante in ordine alle caratteristiche tecniche del prodotto richiesto, rimane comunque intatta la facoltà del concorrente di dimostrare, nella propria offerta, che le soluzioni dallo stesso proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

RLP

Dott. Roberto Strazieri

Referente Amministrativo: Dott.ssa Caterina Vivino
tel. 045/8121861 e-mail: caterina.vivino@aovr.veneto.it



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015