



# AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

*Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli*

*Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri*

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

*e-mail: [servizio.acquisti@aovr.veneto.it](mailto:servizio.acquisti@aovr.veneto.it)*

AREA ATTREZZATURE MEDICALI e MANUTENZIONI SANITARIE

*Responsabile di Area: Dott.ssa Nadia Vincenzi - Tel. 045 812 1757*

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Tel. 045 812 1726 - Fax. 045 812 1758

Prot. **80685** NV/nv

Verona, **19.12.2018**

**OGGETTO:** MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – UOC AREA SANITARIA RADIOLOGICA  
BT – AGGIORNAMENTO TAC LIGHTSPEED VCT ALLA VERSIONE FREEDOM.

## PUBBLICATA SUL PORTALE AZIENDALE

Questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (A.O.U.I.) intende procedere all'aggiornamento hardware e software del Tomografo Assiale Computerizzato LightSpeed VCT, installato presso il Pronto Soccorso dell'A.O.U.I., alla versione Freedom.

**Tale aggiornamento dovrà includere:**

- Nuova consolle di comando di ultima generazione
- Sistema per la riduzione della dose
- Software per il freezing corneale
- Sistema hardware e software di post elaborazione server based con pacchetti base
- Pacchetti software di post analisi aggiuntivi (*tra parentesi il numero minimo di licenze concorrenti necessarie*)
  - o Segmentazione strutture ossee (3)
  - o Studio del colon (2)
  - o Misure di volumi polmonari (2)
  - o Analisi e misurazione dei vasi (3)
  - o Analisi e ricostruzione di immagini cardiache (2)
  - o Studio del fegato (2)
  - o Analisi di ematoma ed aneurismi (2)
  - o Fast review delle immagini CT dello stroke (2)
  - o Acquisizione in modalità volumetrica per studi di perfusione e angiografici (1)
  - o Modulo perfusionale 4D (2)
  - o Refertazione di studi oncologici (2)
  - o Valutazione di calcificazioni in arterie coronariche (2)
  - o Analisi TAVI (2)
  - o Registrazione di immagini CT, MR e TAC (2)
- Formazione del personale (utilizzatore e tecnico dell'A.O.U.I.)

Dovrà essere, altresì, fornita la **garanzia sull'intero sistema per un anno** ed essere pari almeno a quanto previsto per un contratto full risk omnicomprendivo, senza esclusione di alcuna parte di



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n. 194114

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111 - Fax 045/916735  
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: [www.aovr.veneto.it](http://www.aovr.veneto.it)

ricambio o usurabile. Dovrà essere altresì essere fornito, durante tutto il periodo in garanzia, l'eventuale materiale di consumo dedicato.

Base d'asta per l'upgrade: Euro 210.000,00 oltre IVA-

Al momento e per quanto a conoscenza del ns. Servizio Ingegneria Clinica la sola ditta in grado di effettuare l'upgrade richiesto è GE Healthcare.

Al fine di accertare tale esclusività (sia per l'upgrade che per il servizio di manutenzione in garanzia sull'intero sistema), si invita **chiunque possa essere in grado di fornire quanto richiesto** (aggiornamento e servizio di manutenzione full-risk in garanzia su l'intero sistema) a presentare la domanda di partecipazione all'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica tramite e-mail ([simonetta.guglielmoni@aovr.veneto.it](mailto:simonetta.guglielmoni@aovr.veneto.it) e [nadia.vincenzi@aovr.veneto.it](mailto:nadia.vincenzi@aovr.veneto.it)), **entro l'11 gennaio 2019** e dovrà contenere:

- il protocollo di riferimento della presente lettera e l'oggetto dell'aggiornamento e del servizio di manutenzione full risk sull'intero sistema;
- referenze relative a precedenti analoghi aggiornamenti/servizi di manutenzione full risk sull'apparecchiatura;
- dichiarazione sottoscritta dal produttore di essere distributore dell'aggiornamento e manutentore autorizzato sull'intero sistema.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

*Dott.ssa Giuseppina Montolli*

