



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.L.gs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA.

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 - (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

AREA dei DISPOSITIVI MEDICI

SEZIONE PRESIDI - Tel. 045/8121722 - 045/8121704 - Fax 045/8121736

Prot. 24469 RS/vz

Verona, 03.05.2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SISTEMI MECCANICI NON INVASIVI A COMPRESSIONE SEQUENZIALE INTERMITTENTE DEGLI ARTI INFERIORI PER LA PREVENZIONE DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA E DELL'EMBOLIA POLMONARE CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO GRATUITO. GARA N. 165/2019. **RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE. SECONDA PUBBLICAZIONE.**

Si forniscono le seguenti risposte ai chiarimenti pervenuti entro il termine previsto:

QUESITO

“Pagina 15 criteri di valutazione del generatore: Punto 2 e punto 5 sembrano riferirsi entrambi alla medesima cosa cioè alla presenza di sistemi di allarme sui malfunzionamenti e anomalie, se così non fosse si chiede di specificare in maniera più chiara quali potrebbero essere i sistemi di rilevazione del corretto funzionamento richiesti nel punto 5.

RISPOSTA

A parziale rettifica ed integrazione rispetto a quanto indicato con ns nota di prot. n. 23122 del 19.04.2019, la tabella della distribuzione dei punteggi tecnici di cui tener conto è la seguente:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DISPOSITIVO DI COMPRESSIONE	PUNTEGGIO
Grado di comfort per il paziente (traspirabilità e morbidezza)	Max punti 14
Gamma misure	Max punti 7
Facilità di utilizzo e posizionamento da parte dell'operatore	Max punti 14
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL GENERATORE	PUNTEGGIO
Facilità lettura display	Max punti 7
Presenza e tipologia di sistemi di rilevazione del corretto funzionamento del dispositivo. con particolare riferimento alla regolazione di allarmi.	Max punti 15
Possibilità di funzionamento a compressione singolo arto	Max punti 5
Timer indicante durata del trattamento	Max punti 4
Sistema di fissaggio al letto	Max punti 4

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Roberto Strazieri

Referente Amministrativo

Sig.ra Vilma Zardini tel 045/8121717 vilma.zardini@aovr.veneto.it



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n. 194114