



REGIONE DEL VENETO



Azienda Ospedaliera  
Universitaria Integrata  
Verona



## FORNITURA

### gara telematica sulla piattaforma di e-procurement Aria-Sintel – Regione Lombardia

procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, c. 2 e 6 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii

FORNITURA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CON RELATIVO SMALTIMENTO  
DI FILTRI ANTI LEGIONELLA

## F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di accertarsi che la soluzione non sia già disponibile.

La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui risposta è reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara, la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

### Quesito n. 1 del 15 dicembre 2022

*Considerato che il mercato di riferimento si è dotato da tempo di dispositivi filtranti a lunga durata, validati per la ritenzione dei più piccoli e comuni microorganismi (Brevundimonas, Pseudomonas, Legionella) presenti nell'acqua, si chiede di ammettere una durata superiore a 60 gg per i filtri terminali, soluzione che garantirebbe una maggiore salvaguardia in termini di impatto ambientale (CAM), assicurando una sensibile riduzione della produzione di rifiuti e, soprattutto, della frequenza degli ingressi degli operatori in sale critiche.*

#### Risposta al quesito n. 1

*Si conferma che la durata dei filtri può essere diversa dai 60 gg come previsto dall'art. 4 del CSA.*

### Quesito n. 2 del 15 dicembre 2022

*In caso di offerta di filtri con durata superiore a 60 gg, si chiede di confermare che le quantità riportate nel modulo offerta potranno essere rideterminate in misura proporzionale alla durata del filtro offerto, in quanto le relative sostituzioni saranno effettuate alla data di scadenza naturale del prodotto.*

#### Risposta al quesito n. 2

*Si conferma che le quantità riportate nell'ALL 2 – DETTAGLIO PREZZI OFFERTI potranno essere rideterminate in misura proporzionale alla durata del filtro offerto, compilando la tabella*

*apposita contenuta nel documento stesso, che è stato modificato per consentire tale eventuale rimodulazione. In tal caso deve essere specificata la durata in giorni di ciascuna tipologia di filtri. Le quantità di ciascuna tipologia di filtri devono in ogni caso essere idonee a coprire l'intera durata dell'appalto che è di anni 2, come indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.*

**Quesito n. 3 del 15 dicembre 2022**

*Si chiede di confermare che la richiesta del Capitolato, riportata all'art. 4 "Caratteristiche tecniche richieste- Caratteristiche preferenziali ai fini della valutazione della qualità della fornitura", di un sistema di protezione da contaminazione retrograda idonea ad impedire il contatto accidentale delle mani con l'erogatore terminale del filtro, si riferisce al dispositivo antireflusso, ovvero valvola di non ritorno.*

**Risposta al quesito n. 3**

*Si conferma quanto previsto dall'art. 4 del CSA e si chiede di specificare quali siano i sistemi di protezione del filtro proposto.*

Verona, 19 dicembre 2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Maurizio Lorenzi