



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Dipartimento Amministrativo Unico

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

SEZIONE DIAGNOSTICI - Tel. 045/8121754 - Fax 045/8121736

Prot. n. 4932

EDC/ml

Verona, 24.01.2024

OGGETTO: GARA N. 467/2023 - PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL A RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA QUINQUENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI SEQUENZIAMENTO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO CON STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO, RELATIVI CONSUMABILI E REAGENTI SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI: LOTTO 1: FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER ESECUZIONE DI INDAGINI DI BIOLOGIA MOLECOLARE, MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DI ACIDI NUCLEICI CON TECNOLOGIA NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) COMPLETI DI REAGENTI, DI MATERIALI DI CONSUMO, CON LA STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO COMPREDENTE ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER L'U.O.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA - CIG N. A02D37CA97 - LOTTO 2: FORNITURA DI DUE SISTEMI DI SEQUENZIATORI DI PRIMO LIVELLO PER L'ANALISI DI FRAMMENTI DI DNA AMPLIFICATI E PER IL SEQUENZIAMENTO DEL DNA CON IL METODO SANGER COMPLETI DI REAGENTI, DI MATERIALI DI CONSUMO, CON LA STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO COMPREDENTE ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER L'U.O.C. LABORATORIO ANALISI- CIG N. A02D3ED7D8 - LOTTO 3: FORNITURA DI UN KIT DIAGNOSTICO PER L'ANALISI DI MUTAZIONI DEL GENE DELLA FIBROSI CISTICA (CFTR) BASATO SU PCR ALLELE SPECIFICA E ANALISI DEI FRAMMENTI AMPLIFICATI COMPRESIVA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE E ASSISTENZA PER L'U.O.C. LABORATORIO ANALISI CIG N. A02D42BB01 - LOTTO 4: FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO PER IL SEQUENZIAMENTO DI SECONDO LIVELLO NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) COMPLETO DI REAGENTI, DI MATERIALI DI CONSUMO, PER IL GENE DELLA FIBROSI CISTICA (CFTR) E PER L'ANALISI DI PANNELLI DI GENI COINVOLTI NELLE MALATTIE SCHELETRICHE RARE DELL'ETA' EVOLUTIVA COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI RISULTATI SPECIFICO PER CIASCUN KIT, CON LA STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO COMPREDENTE ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER L'U.O.C. LABORATORIO ANALISI CIG N. A02D466BB1- CUI F03901420236202100581- ID 177826749

RISPOSTE AI QUESITI E INTEGRAZIONE AI DOCUMENTI DI GARA

Con la presente si pubblicano le risposte ai quesiti pervenuti nei termini prescritti:

QUESITO N. 1

Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto Lotto 2 a pag.22 "Devono essere comprese nella fornitura i prodotti per l'esecuzione dei seguenti esami e test oggetto della gara".



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Dipartimento Amministrativo Unico

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

SEZIONE DIAGNOSTICI - Tel. 045/8121754 - Fax 045/8121736

Si chiede di confermare che non sono inclusi nella fornitura richiesta i KIT CE-IVD per analisi mutazioni CFTR.

RISPOSTA N. 1

Si conferma che i kit per l'analisi delle mutazioni del gene CFTR non sono inclusi nella fornitura del lotto 2.

QUESITO N. 2

Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto Lotto 3 pag. 25 "Dovrà inoltre essere fornito a corredo, a pena di esclusione, un Thermal Cycler con le relative plastiche che risponda alle esigenze della certificazione CE-IVD"

Pag. 28 lett. C) "Materiali di consumo ed accessori occorrenti all'effettuazione e alla registrazione di tutte le determinazioni indicate, delle calibrazioni e dei controlli di qualità (a titolo di esempio non esaustivo carta e nastri per stampante e quant'altro è necessario per la completezza dell'indagine diagnostica)"

Tenuto conto di queste due diverse indicazioni, si chiede di confermare che per Materiale di consumo relativamente al Lotto 3 siano da offrire esclusivamente le plastiche per il funzionamento del termociclature e che, quindi, non siano richiesti, puntali ed altro tipo di accessori correlati al workflow tipo, ad es. micropipette. In caso contrario, si chiede di indicare nel dettaglio quale materiale di consumo ulteriore rispetto alle plastiche per il funzionamento del termociclature debba essere incluso nell'offerta.

RISPOSTA N. 2

Si conferma che non sono richiesti puntali e micropipette ma solamente le plastiche per il funzionamento del termociclature.

QUESITO N. 3

Con riferimento al Disciplinare art. 16 lett. n) Offerta tecnica Busta 2 "Dichiarazione con la quale l'offerente attesti di essere produttore o distributore (...) nel secondo caso deve indicare il nominativo e l'indirizzo del produttore e deve, inoltre, allegare i documenti e/o certificati relativi alla durata e validità del suo mandato e dichiarazione congiunta con il produttore della rivendita dei prodotti richiesti."

Con riferimento al Lotto 3, si chiede se detto documento debba essere fornito anche con riferimento al termociclature ed ai relativi consumabili in quanto si tratta di prodotti per i quali non è di solito richiesto un mandato specifico per la rivendita da parte del produttore in quanto materiale di facile acquisizione e ampiamente disponibile sul mercato dei beni di largo consumo.



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Dipartimento Amministrativo Unico

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

SEZIONE DIAGNOSTICI - Tel. 045/8121754 - Fax 045/8121736

RISPOSTA N. 3

Per il termociclatore e i relativi consumabili non è necessario allegare il mandato specifico di rivendita.

QUESITO N. 4

Con riferimento al Disciplinare art. 16 Offerta tecnica Busta 2 b) "documentazione richiesta sia per le apparecchiature sia per il materiale di consumo Schede tecniche, depliant illustrativi e adeguata documentazione (in italiano e/o inglese)" e art. 16 pag. 46 "Tutta la documentazione tecnica deve essere presentata rigorosamente in lingua italiana, ad eccezione dell'eventuale bibliografia/letteratura scientifica/certificazioni di conformità".

Si chiede di confermare che la documentazione tecnica richiesta sia per le apparecchiature sia per il materiale di consumo quali Schede e Depliant ecc. possa essere fornita anche in lingua inglese, come indicato nel primo paragrafo riportato.

RISPOSTA N.4

Si conferma che ai sensi dell'art.16 pag.46 "Tutta la documentazione tecnica deve essere presentata rigorosamente in lingua italiana, ad eccezione dell'eventuale bibliografia/letteratura scientifica/certificazioni di conformità", l'indicazione tra parentesi a pag. 44 (in italiano e/o inglese) trattasi di refuso.

QUESITO N. 5

Con riferimento all' Art.15 del Disciplinare di gara punto 9 "Garanzia provvisoria con impegno fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva" Art. 10 Garanzia Definitiva lett. g) "essere corredata dall'impegno del garante di evadere la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione".

Considerato che l'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 ha eliminato l'obbligo per il fideiussore di impegno al rilascio della garanzia definitiva, si chiede di voler confermare che non debba essere prodotta la dichiarazione di impegno del garante al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

RISPOSTA N.5

Si conferma che "l'impegno del garante di evadere la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione art.10 Garanzia Provvisoria lett. g)" è un refuso e quindi non richiesto.

QUESITO N. 6

Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto Lotto 3 pag. 26 "la strumentazione richiesta Thermal Cyler: dovrà essere fornita in noleggio gratuito comprensiva del Servizio di assistenza tecnica gratuito necessario a garantire la piena funzionalità del sistema stesso"



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001-2015

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Dipartimento Amministrativo Unico

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

SEZIONE DIAGNOSTICI - Tel. 045/8121754 - Fax 045/8121736

Disciplinare art.17 Offerta economica "L'offerta economica deve contenere: a) Schema 1 Attrezzature l'importo annuo canone di noleggio e del canone di assistenza full risk per le apparecchiature proposte"

Si chiede di confermare che, come indicato nel modello offerta economica, possa essere valorizzato un importo annuo del canone del noleggio e del canone di assistenza e che non si debba, quindi, tenere conto nella redazione dell'offerta, della dicitura "gratuito" contenuta nel capitolato.

RISPOSTA N.6

Trattasi di refuso. La strumentazione dovrà essere fornita in comodato d'uso gratuito come indicato nel modello di offerta economica-Lotto 3- Schema 1 Attrezzature.

Nel modello di offerta economica - Schema 3- Riepilogo- non deve essere compilata la lettera A) in quanto trattasi di comodato d'uso gratuito e pertanto gli schemi successivi vanno compilati di conseguenza.

QUESITO N. 7

A fronte di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto a pagina 6, capitolo -A. APPARECCHIATURE e relativa manutenzione e assistenza tecnica- riguardo il lotto 1: "Dispositivi Medici Diagnostici in vitro devono essere, ove possibile, provvisti di marchio CE ai sensi della direttiva CE/97/79".

Vista la disponibilità sul mercato di dispositivi medico diagnostici conformi alle richieste di capitolato e provvisti di certificazione IVD, si prega di confermare che in risposta alla attuale procedura occorrerà proporre strumentazione in linea con la vigente regolamentazione europea per la diagnostica in vitro (IVD).

RISPOSTA N.7

Si conferma il capitolato

QUESITO N. 8

Lotto 1. In relazione al punto 2 dei requisiti minimi indispensabili dei prodotti, si richiede di confermare che con il termine "validati" si intenda la fornitura di pannelli multigenici in linea con l'attuale regolamento europeo per la diagnostica in vitro (IVD).

RISPOSTA N.8

Si conferma in relazione al punto 2 dei requisiti minimi indispensabili dei prodotti per il Lotto 1 che con il termine "validati" si intenda la fornitura di pannelli multigenici in linea con l'attuale regolamento europeo per la diagnostica in vitro (IVD).



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Dipartimento Amministrativo Unico

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio_acquisti@aovr.veneto.it

SEZIONE DIAGNOSTICI - Tel. 045/8121754 - Fax 045/8121736

QUESITO N. 9

Si chiede di confermare che sia possibile offrire dei prodotti in sconto merce.

RISPOSTA N.9

Si conferma la possibilità di offrire dei prodotti in sconto merce

QUESITO N. 10

In caso di mancato trattamento di dati per Vostro conto, si chiede la possibilità di NON allegare l'Allegato n. 2 e 3 in quanto non sussistono i presupposti di legge per procedere alla sottoscrizione della Nomina a Responsabile del trattamento.

RISPOSTA N.10

Si conferma la non necessità di compilare l'allegato n.2 e n. 3 nel caso di mancato trattamento dei dati per conto dell'A.O.U.I.

QUESITO N. 11

Con riferimento al Disciplinare di gara pag. 58 Punto 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica Lotto 4 al Punto 11 con riferimento al Pannello per l'Osteogenesi imperfetta, delle Osteoporosi genetiche e di altre patologie correlate, tenuto conto del fatto che viene richiesto un pannello ad ampliconi, e che l'utilizzo di un'unica provetta risulterebbe meno performante in considerazione della lista di geni richiesta, si chiede di confermare che detto criterio di valutazione riguardi esclusivamente il kit per l'analisi della fibrosi cistica e non anche il pannello customizzato.

RISPOSTA N.11

Si precisa che il criterio per il Lotto 4 al Punto 11 riguarda esclusivamente il kit per l'analisi della fibrosi cistica.

QUESITO N. 12

Con riferimento al LOTTO 3 art. 17 OFFERTA ECONOMICA Busta 3 Offerta economica "a) Schema 1 Attrezzature L'importo annuo canone di noleggio e del canone di assistenza full risk per le apparecchiature proposte. Le due voci si distinguono come segue (.....) e Allegato E Schema offerta economica Lotto 3 Schema 1 "si conferma che lo strumento modello (???) sarà offerto in comodato d'uso gratuito comprensivo di assistenza full risk"

Si chiede di voler chiarire se debba o meno essere offerto un valore per il canone di noleggio annuo della strumentazione e per il canone di assistenza full risk o se, invece, debbano essere offerti gratuitamente. Nel primo caso, si chiede di confermare che possa essere modificato il



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Dipartimento Amministrativo Unico

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio_acquisti@aovr.veneto.it

SEZIONE DIAGNOSTICI - Tel. 045/8121754 - Fax 045/8121736

modello di offerta economica inserendo anche uno spazio per la valorizzazione dei canoni

RISPOSTA N. 12

Vedi risposta N.6

QUESITO N. 13

Con riferimento all'Allegato Sub E Offerta economica si fa presente che il documento caricato sul portale termina con la dicitura "DICHARA/DICHIARANO LA PRESENTE OFFERTA ECONOMICA" e che la successiva pagina risulta vuota.

Si chiede di chiarire se si tratta di un refuso e se verrà caricato documento completo.

RISPOSTA N. 13

La pagina bianca è un refuso. Deve essere riportata l'offerta economica complessiva come dettagliata negli schemi di offerta allegati.

QUESITO N. 14

A fronte di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto a pagina 11, riguardo il Lotto 1 -Pannelli custom (400bp) per lo screening delle malattie neuromuscolari e neurodegenerative- al fine di garantire la più ampia partecipazione, si richiede di confermare la possibilità di fornire pannelli in grado di garantire prestazioni equivalenti e migliorative, anche di size diversa da 400bp

RISPOSTA N. 14

Si conferma tale possibilità.

QUESITO N. 15

A fronte di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto a pagina 51, riguardo l'Articolo 9: Formazione del personale, si chiede di confermare che l'operatore economico partecipante possa ritenersi non vincolato alla permanenza del proprio personale di supporto per 60 giorni nel caso in cui tutte le attività necessarie all'avvio della strumentazione e alla buona riuscita dell'addestramento del personale siano state espletate prima del decorso di tale termine

RISPOSTA N. 15

Si conferma che l'operatore economico partecipante possa ritenersi non vincolato alla permanenza del proprio personale di supporto per 60 giorni nel caso in cui tutte le attività necessarie all'avvio della strumentazione e alla buona riuscita dell'addestramento del personale siano state espletate prima del decorso di tale termine.



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Dipartimento Amministrativo Unico

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

SEZIONE DIAGNOSTICI - Tel. 045/8121754 - Fax 045/8121736

QUESITO N. 16

Lotto 4: base d'asta del Lotto 4 pagina 44 del CSA si legge: "Importo per CIG.N. N. A02D466BB1- Lotto 4 - Lotto 4 Euro 4.400.000,00(base d'asta triennale Euro 2.200.000,00 + opzione 100% Euro 2.200.000,00)"; si richiede gentilmente di specificare se la dicitura "triennale" sia un refuso.

RISPOSTA N. 16

Si conferma che "triennale" è un refuso, la dicitura corretta è quinquennale.

QUESITO N. 17

Criteri di valutazione del Lotto 4 pagine 57-58 del Disciplinare di gara.

Si chiede gentilmente di correggere l'assegnazione dei singoli punteggi rispetto al punteggio massimo assegnabile per il raggiungimento del totale di 70 punti tecnici, nello specifico per il punto 2 e per il punto 10 per i quali il punteggio massimo assegnabile della colonna "PUNTI MAX" è di 8 punti, mentre il punteggio massimo rilevato nella colonna "Punti T max" per il riferimento 2 è di 3 punti e per il riferimento 10 è di 5 punti.

RISPOSTA N. 17

Per il lotto 4 pag. 57-58 del Disciplinare di gara si confermano i punteggi della colonna "Punti Max". I punteggi inseriti nella colonna "Punti T max" per i criteri di cui al punto 2 e al punto 10 sono da ritenersi un refuso. Si riporta pertanto la tabella corretta:

Lotto 4:

I 70 punti di qualità vengono così ripartiti:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Tutta la gestione dei dati prodotti dallo strumento per l'analisi di pannelli di geni, può essere effettuata in locale, nel server della strumentazione, senza la necessità di utilizzare risorse (cloud).	4	///		Presente = 4 Assente = 0
2	La strumentazione può essere gestita da altre postazioni appartenenti alla rete locale.	8	///		Presente = 8 Assente = 0



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Dipartimento Amministrativo Unico

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

SEZIONE DIAGNOSTICI – Tel. 045/8121754 – Fax 045/8121736

3	Stazione automatizzata per la preparazione delle libraries: numero di Campioni trattati contemporaneamente.	5	///		32 o più = 5 17-31 = 2 16= 0 punti *
4	Tempistica garantita degli interventi di supporto da remoto, per la soluzione di problemi tecnici.	5	///		Entro 24h = 5 Entro 47h = 2 48h = 0 punti **
5	Tempistica garantita per gli interventi specialistici in laboratorio, per la soluzione di problemi tecnici.	5	///		Entro 48h = 5 Entro 71h = 2 72=0 punti ***
6	Sostituzione temporanea dell'apparecchiatura entro una settimana dalla chiamata, in caso di guasti non risolvibili in tempi rapidi.	6	///		Si = 6 No = 0
7	Addestramento del personale: numero di soggetti che verranno abilitati all'uso dello strumento.	6	///		>6 = 6 5-6 = 3 4= 0 punti****
8	Corsi di retraining per l'addestramento del personale all'uso dello strumento	5	///		Ogni 2 anni = 5 Ogni 3 anni= 0 punti *****
9	Disponibilità di supporto tecnico o bioinformatico in lingua italiana	5	///		Si = 5 No = 0
10	Presenza sul territorio nazionale di un laboratorio della ditta, dedicato alla risoluzione di problemi tecnici, con possibilità di testare le metodiche.	8	///		Si = 8 No = 0
11	Per ogni soggetto l'amplificazione di tutti gli ampliconi dovrà essere effettuata in un'unica provetta.	8	///		SI = 8 No = 0



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Dipartimento Amministrativo Unico
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736 e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

SEZIONE DIAGNOSTICI – Tel. 045/8121754 – Fax 045/8121736

12	Fornitura di un fluorimetro per il dosaggio Qubit delle libraries equipaggiato per il dosaggio simultaneo di 8 campioni.	5	///		SI = 5 No = 0
	Totale punti	70			

- *= caratteristica indispensabile (vedi art.1 Capitolato Speciale d'Appalto)
- **= obbligo contrattuale (vedi art. 9 bis del Capitolato Speciale d'Appalto)
- ***= obbligo contrattuale (vedi art. 9 bis del Capitolato Speciale d'Appalto)
- ****= obbligo contrattuale (vedi art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto)
- *****= obbligo contrattuale (vedi art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto)

QUESITO N. 18

In merito al criterio di valutazione del lotto 4 al punto 10 pagina 58 del Disciplinare di gara: si chiede gentilmente di confermare se il criterio sia pienamente soddisfatto indicando la presenza sul territorio italiano di un laboratorio di riferimento in grado di supportare il cliente nella risoluzione dei problemi tecnici e nelle eventuali demo, anche se non si tratta di un laboratorio della ditta

RISPOSTA N. 18

Si conferma che il laboratorio di riferimento dovrà essere nella disponibilità dell'operatore economico utilizzando le proprie strutture aziendali o quelle di un altro operatore economico partecipante alla procedura in forma aggregata nelle forme di cui agli artt. 65 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 ovvero in subappalto. Qualora fosse in subappalto lo stesso va indicato in sede di offerta nei termini di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

QUESITO N. 19

LOTTO 4:

Caratteristiche tecniche minime indispensabili pena esclusione Punto 2 "Compatibilità dello strumento con la certificazione del kit diagnostici per l'analisi NGS del gene della fibrosi cistica CFTR"

Lo strumento in oggetto deve essere provvisto di marcatura IVDR 2017/746?

RISPOSTA N.19

La compatibilità dello strumento con il kit per l'analisi NGS della fibrosi cistica, dovrà essere indicata nel protocollo di procedura operativo del kit dotato di certificazione CE-IVD. Non è sufficiente che lo strumento sia marcato IVDR 2017/746 se non è compatibile con il kit.



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Dipartimento Amministrativo Unico

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

SEZIONE DIAGNOSTICI - Tel. 045/8121754 - Fax 045/8121736

QUESITO N. 20

LOTTO 4:

**Punto 6 "Certificazione CE-IVD dell'intero processo garantito dalla ditta fornitrice del Kit."
Per tale caratteristica è valevole un servizio di supporto alla validazione analitica del kit per la fibrosi cistica (non certificato) all' interno del processo del laboratorio?**

RISPOSTA N. 20

Per tale caratteristica non è sufficiente fornire un servizio di supporto alla validazione analitica del kit per la fibrosi cistica (non certificato) all' interno del processo del laboratorio.

Si conferma che la certificazione CE-IVD del kit è necessaria.

La certificazione CE-IVD dell'intero processo deve essere garantita dalla ditta fornitrice del kit.

QUESITO N. 21

A fronte di quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto a pagina 11, riguardo il Lotto 1 - Pannelli custom (400bp) per lo screening delle malattie neuromuscolari e neurodegenerative, Neuro1_2021 (Neuropatie ereditarie) 53 geni- si richiede di confermare che il gene AltT2HK1 sia frutto di un errore di battitura. In tal caso chiediamo di specificare il gene corretto.

RISPOSTA N. 21

Il target di interesse è il trascritto alternativo 2 del gene HK1 (Alternative Transcript 2 del gene Hexokinase 1). (coordinate genomiche: hg19:chr10:71038338-71038596)

L'articolo di riferimento è: Janina Hantke et al. "A mutation in an alternative untranslated exon of hexokinase 1 associated with Hereditary Motor and Sensory Neuropathy – Russe (HMSNR European Journal of Human Genetics volume 17, pages1606–1614 (2009)

Distinti saluti.

per il RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
Dott.ssa Giuseppina Montolli

IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO
ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott.ssa Stefania Simoni



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it