



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

AREA dei DISPOSITIVI MEDICI

SEZIONE PRESIDIO - Tel. 045/8121722 - 045/8127766 - Fax 045/8121736

Prot. **10197** P.BS/p.bs

Verona, **15/02/2024**

OGGETTO: GARA N. 37/2024/P.BS PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.L. N. 36/2023, PER LA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER UMIDIFICATORI FISHER & PAYKEL IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA. CUI F03901420236202300468. CIG B0407CEA83. ID SINTEL 179227965/2024. **RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO.**

Tramite SINTEL e pubblicati sul sito aziendale all'indirizzo: www.aovr.veneto.it (Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara – Servizio Provveditorato).

Si fornisce la seguente risposta alla richiesta di chiarimento pervenuta entro il termine previsto:

QUESITO N. 1

Per garantire una maggior apertura alle aziende presenti sul mercato e in un'ottica di contenimento dei costi sfruttando il principio di offerta economicamente più vantaggiosa (prodotto più funzionale al prezzo migliore), siamo a richiedere di valutare attentamente la possibilità che la gara N.37/2024/P.BS PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.L. N. 36/2023, PER LA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER UMIDIFICATORI FISHER & PAYKEL IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA. CUI F03901420236202300468. CIG B0407CEA83, venga gestita a lotti singoli per ogni prodotto richiesto anziché a lotto unico. Si pone in evidenza a riguardo la Nota del Consiglio di Stato sez. III, 24 ottobre 2023, n. 9205.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Si conferma il lotto unico in quanto trattasi di dispositivi di consumo dedicati per il funzionamento di umidificatori di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, atti a soddisfare il medesimo bisogno.

Si riporta quanto già indicato nel CSA: "come indicato nel manuale d'uso degli umidificatori F&P che cita: "l'uso di circuiti di respirazione, camere o altri accessori che non siano approvati da Fisher & Paykel Healthcare potrebbero causare difetti di funzionamento o compromettere la sicurezza" ed inoltre: "per evitare scottature l'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con le interfacce, le camere di umidificazione e i circuiti respiratori indicati nel manuale d'istruzione."

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Roberto Strazieri

Referente Amministrativo: Patrizia Benasi – Tel. 045/8121714 – e-mail: patrizia.benasi@aovr.veneto.it



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. 194114